



## 李斯特菌显色培养基平皿产品说明

### 【基本信息】

产品名称	李斯特菌显色培养基平皿
产品货号	KM0209
产品规格	90mm 10 皿/包
包装形式	三层包装，无漏气现象
产品用途	用于李斯特菌的分离和鉴定
储存条件	2-25℃、避光保存
产品有效期	3 个月

### 【使用方法】

拆开包装即可使用

### 【质量控制】

微生物灵敏度检测	质控菌株及编号	生长情况	菌落特征
	单增李斯特菌 ATCC19115	PR>0.7	蓝绿色，带有白色晕环
	英诺克李斯特菌 ATCC33090	/	蓝绿色，无白色晕环
	备注：36±1℃培养 18h~24h		

### 【注意事项】

1. 使用前查看，产品包装是否完整。若出现漏气、污染，请勿传入洁净区内。
3. 在超净工作台中打开包装后，发现平皿内培养基表面有冷凝水，将平皿打开，将冷凝水倒入洁净器皿中。
4. 使用后的培养基应在 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。
5. 质检报告可以登录凯恒生物网站 <http://www.kinghunt.cn> 下载,或随货纸质复印件。
6. 本品不得用于临床检测。

**更多产品信息与订购请联系我们！**

地址：江苏省南通市兴福路 29 号

电话：0513-85596088

邮箱：[info@kinghunt.cn](mailto:info@kinghunt.cn)

官网：[www.kinghunt.cn](http://www.kinghunt.cn)



南通凯恒生物微信公众号