




产品质检报告

报告编号: KH2026010501

产品信息	产品货号	KM0001-8		产品批号	251222
	产品名称	胰酪大豆胨琼脂培养基 (TSA)		生产日期	2025.12.22
	产品规格	500ml		有效日期	2026.09.21
	灭菌方式	湿热灭菌		检验日期	2025.12.22
外观理化检测	检测项目	标准指标			检测结果
	培养基颜色	淡黄色透明固体			合格
	凝胶强度	适中			合格
	pH (25°C)	7.3±0.2			7.16
	灌装量	500ml			合格
	包装	包装完整			合格
微生物灵敏度检测	质控菌株及编号	接菌量 (cfu)	标准指标		检测结果
			回收率	菌落特征	回收率 菌落特征
	金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003	10-100	50-200%	黄色菌落	97% 特征符合
	枯草芽孢杆菌 CMCC(B)63501	10-100	50-200%	白色不规则菌落	95% 特征符合
	铜绿假单胞菌 CMCC(B)10104	10-100	50-200%	黄绿色菌落产绿色素	103% 特征符合
	白色念珠菌 CMCC(F)98001	10-100	50-200%	乳白色菌落	91% 特征符合
	黑曲霉 CMCC(F)98003	10-100	50-200%	白色菌丝见黑色孢子	90% 特征符合
备注: 细菌 30-35°C 培养 3 天; 真菌 30-35°C 培养 5 天					
无菌检测	标准指标		检测结果		
	无菌落生长		合格		
	备注: /				
检验结果:		检验合格		 南通凯恒生物科技发展有限公司 质检专用章 QUALITY INSPECTION	
编制人: 		复核人: 		审核人: 	日期: 2026.01.05